



POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI
I LOTNICTWA



DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104
fax: +48 22 234 66 32,
e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl

Warszawa dnia 06.06.2016

Znak sprawy 25/1132/2016
Zapytanie nr 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: na dostawę aparatury pomiarowej oraz wykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia i zarejestrowania eksperymentu z zakresu dynamiki odkształcalnych układów wieloczołowych z uwzględnieniem dużych przemieszczeń oraz deformacji dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Zapytanie 1:

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 2, pkt. 2:

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22, ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego, wynikłe z tytułu nieprawdziwości powyższego oświadczenia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację powyższego paragrafu, jak następuje:

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22, ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego, wynikłe z tytułu nieprawdziwości powyższego oświadczenia, jednak w żadnym wypadku odpowiedzialność ta nie może wyrazić się w kwocie odszkodowania większej niż 100% wartości przedmiotu umowy. Zgodnie z wytycznymi wszelkie podejmowane (...) zobowiązania muszą być ograniczone. Proponujemy ograniczenie wszelkich kwot odszkodowań do kwoty 100% wartości przedmiotu umowy, co pokryje ewentualne roszczenia Zamawiającego, a nam umożliwi wzięcie udziału w procedurze.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia zapisu?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 2:

Zamawiający wymaga minimum dwuletniej gwarancji producenta. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmiany w postaci uwzględnienia 90-dniowej gwarancji na nośniki ze sterownikami.

90 dni to czas oferowany przez producenta jako czas trwania gwarancji dla nośników dostarczanych w ramach realizowanych przez (.....) dostaw. Zaznaczamy, że w przypadku dostarczanej na nośniku wersji instalacyjnej oprogramowania, jak również sterowników, są one możliwe do pobrania w wersji on-line.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację wymagań?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie techniczne:

Odnosnie Zadania 2., punkt 2. – czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które ma dokładność po skalibrowaniu na poziomie 0.35% odczytu $\pm 0.75\%$ zakresu?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

DZIEKAN
Wydziału Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej

prof. dy. hab. inż. Jerzy Banaszek