



Warszawa dnia 24.09.2013

Znak sprawy 70/1130/2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: [dostawę i montaż aparatury do laboratorium zrównoważonych systemów energetycznych oraz Laboratorium Termodynamiki i Wymiany Ciepła Instytutu Techniki Ciepłej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej](#)

Pytanie :

Nawiązując do w/w sprawy informujemy że jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty tylko na dostawę gazomierza laboratoryjnego typ suchy - zadanie nr.7 wg. Siwz. Wobec powyższego prosimy o określenie rodzajów gazów oraz stężenia poszczególnych składników które będą mierzone przez gazomierz laboratoryjny typu suchego.

Odpowiedź:

Będzie używany typowy butlowy gaz propan-butan (50/50)