

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104
fax: +48 22 234 66 32,
e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl

Warszawa dnia 10..03.2014

Znak sprawy 25/1130/2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę i montaż aparatury do laboratorium zrównoważonych systemów energetycznych oraz Laboratorium Termodynamiki i Wymiany Ciepła Instytutu Techniki Ciepłej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej**

Pytanie :

1. Termohigrometr o wyspecyfikowanych parametrach ma wyświetlacz LCD a nie LED - czy to jest dopuszczalne?
2. Czy termohigrometr ma być wzorcowany (jeśli tak to czy standardowo czy we wskazanych punktach - ile i jakie)?

Odpowiedź:

1. Tak
2. Tak, standardowo