



Warszawa dnia 23.09.2013

Znak sprawy 70/1130/2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: [dostawę i montaż aparatury do laboratorium zrównoważonych systemów energetycznych oraz Laboratorium Termodynamiki i Wymiany Ciepła Instytutu Techniki Ciepłej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej](#)

Pytanie :

dotyczy punktu 14 analizator spalin nie gorszy jak Delta 65

Pytanie 4

Delta 65 przy sensorze CO 4000 ppm nie ma kompensacji H2 (wpływu skrośnego - większy błąd pomiaru)
Czy wymagany w przetargu analizator spalin ma mieć kompensację H2 jako wymóg konieczny?

Odpowiedź:

1. Nie.