



Warszawa dnia 25.09.2013

Znak sprawy 70/1130/2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: [dostawę i montaż aparatury do laboratorium zrównoważonych systemów energetycznych oraz Laboratorium Termodynamiki i Wymiany Ciepła Instytutu Techniki Ciepłej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej](#)

Pytanie :

W nawiązaniu do sprawy jw (zadanie 8) proszę o wyjaśnienie następujących spraw:

1. Termohigrometry są wzorcowane w laboratorium LAB-EL w 5 punktach standardowych (22°C: 29%, 57% i 85%, 5°C: 57%, 42°C: 57%). Czy jest to wystarczające czy macie Państwo własne wymagania co do punktów wzorcowania?

2. Czy zatwierdzenie typu GUM i pozytywna opinia Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej to wymagania tylko co do posiadania czy mają być dołączone do dokumentów przetargowych lub przy dostawie jako kopie dokumentów ?

3. Termohigrometr LB-701 może współpracować z dwoma panelami: -stacjonarnym (zasilanie sieciowe 230VAC) z wyświetlaczem LED lub - przenośnym (zasilanie zasilaczowo / bateryjne) z wyświetlaczem LCD. W Państwa zapytaniu te parametry są połączone. Który z paneli jest wymagany może być zaoferowany?

4. Czy "udzielenie serwisu w ciągu 72 godzin " może oznaczać rozpoczęcie serwisu czy jest rozumiane jako pełne wykonanie ? Standardowo przyjmuje się okres trwania serwisu jako 14 dni - czy jest to akceptowalne?

5. Termohigrometr z panelem w wersji przenośnej jest oferowany w stanie gotowym do użycia po postawieniu na stole. W umowie jest zapis mówiący o konieczności montażu. Czy są jakieś przesłanki, które czynią montaż koniecznym czy też zapis może być usunięty z umowy a oferta może nie obejmować montażu?

6. W umowie jest zapis o konieczności aktualizacji oprogramowania przed końcem gwarancji - czy jest to równoznaczne z wymogiem zaoferowania w ofercie płatnej wersji oprogramowania? (Istnieje wersja prostsza oprogramowania do współpracy z komputerem, bezpłatna, dostępna na naszej stronie.)

Odpowiedź:

1. Takie punkty są wystarczające.
2. Prosimy o dokumenty do wglądu podczas dostawy.
3. Przenośnym.
4. Tak.
5. Wyłącznie dostawa, tak jak jest opisane w SIWZ. Montaż jest wyłącznie w nazwie przetargu (co może być trochę mylące) i dotyczy zadań, w których jest to jasno określone.
6. Wersja bezpłatna jest wystarczająca.