



Warszawa, dnia 14.11.2012

Oznaczenie sprawy **83/1132/2012**

Informacja z zebrania z Wykonawcami

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Modernizację układów wizualizacji przepływów w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych” nr POIG.02.02.00-14-022/09 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

W dniu **14.11.2012** o godzinie 10:00 w Budyńku Instytutu Ciepłnej 00-665 Warszawa ; ul Nowowiejska 21/25, pokój nr 8 odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było: wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wizja lokalna.

Zapytania wykonawców:

Pytanie 1

Proszę o informację które zwierciadła są klejone?

Odp.

Klejone są najmniejsze dwa zwierciadła smugoskopu z pozycji nr 4. Pozostałe są zamontowane w skręcanych obudowach mechanicznych.

Pytanie 2

Proszę o doprecyzowanie średnicy 350

Odp.

Średnica 350 to średnica ochronnej rury zewnętrznej. Zwierciadła są zamocowane w obudowie o średnicy zewnętrznej 330 mm, średnica czynna zwierciadła (odsłoniętej części zwierciadła) to 300 mm.