

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104
fax: +48 22 234 66 32,
e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl

Warszawa dnia 30.09.2014

Znak sprawy 78/1132/2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę aparatury, przyrządów i systemów pomiarowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej**

Pytanie :

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie czujnika FastTracer o następujących parametrach:

Charakterystyka:

- trójosiowy czujnik z portem USB
- akcelerometr MEMS
- oprogramowanie do akwizycji i analizy danych w zestawie z czujnikiem
- automatyczny eksport danych do oprogramowania MS Excel
- analizy w dziedzinie czasu i częstotliwości
- łatwy montaż przy użyciu 2 magnesów
- łatwy w transporcie bez potrzeby dodatkowych futerałów ochronnych
- funkcja autodiagnostyki
- opcjonalnie: komunikacja bezprzewodowa za pomocą specjalnego modułu WiFi

Wymagania techniczne:

- zakres pomiarowy: $\pm 5g$
- szerokość pasma: DC do 2500Hz
- rozdzielczość: $0,0025 \text{ m/s}^2$
- próbkowanie: 81922 próbek/s
- stopień ochrony: IP67
- wymiary: 30x55,5x15 mm
- waga: 55g
- udar max.: 10 000g

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

3. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie ulotki technicznej oraz instrukcji obsługi w języku angielskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.