



WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, Gmach Instytut Techniki Ciepłej, pok. 104

faks: (022) 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl

Warszawa dnia 28.03.2013

ZAPYTANIE 4

Znak sprawy 14/1132/2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie i dostawa kanału łopatkowego w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Zapytanie:

Czy Zamawiający zapewnia narzędzia niezbędne do montażu?
Odp. nie

Czy Zamawiający zapewnia rusztowania niezbędne do montażu?
Odp. nie

Czy Zamawiający zapewnia media niezbędne do montażu?
Odp. tak

Czy Zamawiający zapewnia urządzenia wyładownicze do rozładunku transportów?
Odp. dysponujemy dźwigiem suwnicowym łańcuchowym o nośności 500 kg, który pozwala zdejmować elementy z samochodu na wjeździe do pomieszczeniu laboratorium. Elementy te mogą też być rozładowywane i transportowane do miejsca montowania ręcznym wózkiem widłowym. W miejscu montowania jest dźwig łańcuchowy i suwnica o nośności 500 kg

Czy w okolicach pomieszczenia tunelu jest miejsce do przebrania dla monterów' miejsce do bezpiecznego przechowywania narzędzi, miejsce do umycia się?
Odp. tak

Czy Zamawiający wyznacza ze względu na pracę dydaktyczną w okolicach pomieszczenia tunelu specjalne godziny do wykonywania prac montażowych?
Odp. bez ograniczeń

Jaka jest szerokość dróg transportowych i wielkość drzwi wiodących od miejsca wyładunku do pomieszczenia.
Odp. drzwi o wymiarach 3*2.75 m umożliwiają wjazd na 2.5 m do laboratorium, dalej jest podest na wysokości 2.15 m ograniczający wjazd dalej do laboratorium

z poważaniem