



WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, Gmach Instytut Techniki Ciepłej, pok. 104

faks: (022) 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl

Warszawa, dnia 22.07.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 46/1132/2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : **Sprzedaż i dostawę zestawu do laserowej diagnostyki procesów spalania w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych” Nr POIG.02.02.00-14-022/09.” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej według SIWZ 46/1132/2014**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 92.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 3/2013, poz. 907) informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

oferta nr: 1

nazwa Casp System Sp zoo

adres ul. Puszkina 2

43-603 Jaworzno

cena oferty 1 357.721,59 netto

(Słownie : jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych, 59/100).

Zasadnienie wyboru: Oferta konsorcjum firm Casp System Sp zoo spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (wg kolejności wpływu):

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Punkty w kategorii: cena
1	Casp System Sp zoo ul. Puszkina 2 43-603 Jaworzno fax: 32 614-09-19	1 357.721,59 netto	100
2	Eurotek International Sp zoo Al. Lotników 32/46 02-668 Warszawa Fax 022 843 61 43	1 044.542,17 netto	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2- wzmocniacz obrazu do kamery niezgodny z SIWZ - powinno być :Czas opóźnienia otwarcia: od nie więcej niż 60 ns do nie mniej niż 80 ms, błąd poniżej 10 ns , zaoferowano 25-100 ns.

Wykonawcy wykluczeni-0

Oferty odrzucone-1

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust 2 zostanie zawarta w terminach przewidzianych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

z poważaniem