



ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104  
fax: +48 22 234 66 32,  
e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl

Warszawa, dnia 15.10.2013 r.

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

na dostawę analizatora parametrów sieci 3-fazowej dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej według SIWZ 83/1130/2013

Szanowni Państwo,  
Zgodnie z art. 93.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 3/113, poz. 907) informujemy o unieważnieniu postępowania ze względu na to że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

**Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (wg kolejności wpływu):**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena (brutto) PLN	Punkty w kategorii: cena
1	MERAZET Spółka Akcyjna ul. Krauthofera 36 60-203 Poznań Tel. Fax 621 8651933	6.420,60	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 us 1 pkt 2 ze względu na to że jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający wymagał wejścia napięciowego 230/400V , zaoferowano 400/690V

Wykonawcy wykluczeni: brak  
Oferty odrzucone: 1

z poważaniem