

ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, Gmach Lotniczy, pok. 125
tel.: +48 22 621 53 10, +48 22 234 73 54, fax/tel.: +48 22 625 73 51,
e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

Warszawa dnia 20.07.2015

Znak sprawy 32/1132/2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa zestawu do stereoskopowego pomiaru prędkości cieczy lub gazu w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”
Nr POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

1. Czy Zamawiający dla Kamery typu E-lite (punkt 2, Załącznik nr 8) zaakceptuje czujniki o współczynniku QE 45% @ 500 nm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ww. parametr pod warunkiem, że nie ogranicza on funkcjonalności systemu zawierającego kamerę typu E-lite posiadaną przez Zamawiającego.

