



Warszawa dnia 24.09.2013

Znak sprawy 70/1130/2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: [dostawę i montaż aparatury do laboratorium zrównoważonych systemów energetycznych oraz Laboratorium Termodynamiki i Wymiany Ciepła Instytutu Techniki Ciepłej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej](#)

**Pytanie :**

Mam pytania do zadania nr 2:

- 1) kod urządzenia modelu ST50-BF12BR00 nie spełnia warunków technicznych zawartych w opisie.

Dane techniczne:

Nazwa	Wartość
Zakres średnic rurociągu	51 mm do 610 mm
Zakres prędkości	0,22 ÷ 60,9 m/s i 0,22 ÷ 121,9 Std m/s (oba warunki muszą być spełnione) przepływu;
Dokładność wskazań	±2% wskazań +0,5% zakresu kalibracji
Długość sondy	450 mm (min.) z regulacją długości
Sygnały wyjściowe	2 x wyjście analogowe 4-20 mA dla przepływu i temperatury
Komunikacja	Modbus;
Wyjścia	RS485 lub Ethernet
Temperatura medium	-10 – 40 °C
Ciśnienie medium	0,6 – 6 bar
Oprogramowanie	program producentki do zapisu/wizualizacji danych na komputerze

Odpowiednie urządzenie zawierające dane techniczne z SIWZ'u powinno być określone kodem St50-BF13BR00

Czy w związku z tym w ofercie podać kod z SIWZ'u (ST50-BF12BR00) czy kod zgodnie z opisem w "danych technicznych" i sposobem oznaczania przepływomierza przez producenta (ST50-BF13BR00)?

- 2) Rejestrator ST500 został wycofany z produkcji. Jego następcą to ST501. Czy można zatem złożyć ofertę na model ST501?

**Odpowiedź:**

1. Tak, dopuszcza się możliwość podania w składanej ofercie kodu ST50-BF13BR00;
2. Tak, możliwym jest złożenie oferty na rejestrator ST501 w miejsce wycofanego z oferty ST500.