



Warszawa dnia 23.09.2013

Znak sprawy 70/1130/2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: [dostawę i montaż aparatury do laboratorium zrównoważonych systemów energetycznych oraz Laboratorium Termodynamiki i Wymiany Ciepła Instytutu Techniki Ciepłej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej](#)

Pytanie :

dotyczy punktu 14 analizator spalin nie gorszy jak Delta 65

Pytanie 1

Delta 65 nie ma możliwości zabudowy NOx. Czy dopuszczona będzie oferta na zasadzie równorzędnej z innymi analizatora nie gorszego jak DELTA 65 bez możliwości rozbudowy o NOx?

Pytanie 2

Delta 65 nie ma filtra gwiazdkowego a jedynie filtry tabletkowe.

Czy dopuszczona będzie oferta na zasadzie równorzędnej z innymi analizatora nie gorszego jak DELTA 65 bez filtra gwiazdkowego a z innym filtrem, np.: piankowym?

Pytanie 3

Czy dopuszczona będzie oferta na zasadzie równorzędnej z innymi analizatora nie gorszego jak DELTA 65 z drukarką termiczną (taką jak ma MRU) jednak zintegrowaną z urządzeniem?

Urządzenie wygląda przykładowo jak na (.....)

Odpowiedź:

1. Tak
2. Tak
3. Tak